

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá và dịch vụ kỹ thuật để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn máy x-quang chụp vú kỹ thuật số của bệnh viện với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu


- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Hải Long;
Chức vụ: Kỹ sư; SĐT: 0942 433 355
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, địa chỉ: 225 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Phòng.
 - Bản cứng bằng tiếng Việt do người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu đỏ
 - Thông tin báo giá: Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ khi đang tải đến 8h00 ngày 22 tháng 9 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Thanh toán sau khi thực hiện xong hợp đồng và hồ sơ hợp lệ.
 - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Thời hạn thanh toán: 90 ngày.
- Yêu cầu khác :
 - Báo giá đã bao gồm tất cả nhân công, thuế, phí, lệ phí.
 - Hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất.
 - Linh kiện, phụ kiện đảm bảo theo tiêu chuẩn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TC-HC.



Phạm Văn Điển

DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 11/9/2025 của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương)

STT	Danh mục thiết bị	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số Model: WOMAM-D Hãng sx: Intermedical S.r.l Nước sx: Ý Năm sx: 2019	1. Kiểm tra thiết bị: - Kiểm tra tủ điều khiển nguồn phát tia cao tần. - Kiểm tra nguồn điện áp vào. - Kiểm tra giá trị dòng đốt tóc. - Kiểm tra Anode quay. - Kiểm tra điện áp bóng phát tia. - Kiểm tra dòng bóng khi phát tia. - Kiểm tra hoạt động của mạch biến tần. - Kiểm tra hệ thống báo lỗi, khóa dừng khẩn cấp. - Kiểm tra các chức năng tự động (nếu có). - Kiểm tra các giá trị hiển thị trên mặt tủ điều khiển. - Kiểm tra gantry, cột bóng: - Kiểm tra mạch điều khiển. - Kiểm tra chuyển động xoay của bóng phát tia. - Kiểm tra chuyển động lên xuống cột bóng. - Kiểm tra hoạt động collimator. - Kiểm tra lại hoạt động của bucky. - Kiểm tra hoạt động thiết bị 2. Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị: - Vệ sinh, bảo dưỡng, tra lại silicon đầu cáp cao thế bóng và thùng cao thế. - Vệ sinh, bảo dưỡng Detector. - Vệ sinh, bảo dưỡng các các bảng mạch thiết bị. - Vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống quạt làm mát. - Vệ sinh, bảo dưỡng bộ máy tính AWS và RWS.	1	Máy	Khoa CDHA tại tầng 1 của bệnh viện	Trong thời gian thực hiện hợp đồng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực



STT	Danh mục thiết bị	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
		- Vệ sinh vỏ máy và các bộ phận thiết bị - Vệ sinh các bộ phận thiết bị - Sửa lưu điện - Sửa main cao áp - Sửa thùng dầu cao thế - Sửa bộ phát tia - Sửa nguồn chuyển điện 12V 3. Hiệu chỉnh lại thiết bị: - Calibration thông số bóng phát tia. - Calibration Detector. - Căn chỉnh lại collimator, bucky.				

